

中一东北国际医院有限公司（皇姑院区） DSA 建设项目竣工环境保护验收报告（总结）

中一东北国际医院有限公司（皇姑院区）成立于 2018 年，位于沈阳市皇姑区长江南街 169 号（原为天时代大厦），是一家以临床医疗服务为主，以脑血管治疗为专科特色，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能的三级综合医院。

中一东北国际医院有限公司（皇姑院区）DSA 建设项目为改扩建项目，环评及批复内容为三层一间骨科手术室改造为一间 DSA 机房，并拟新购一台 DSA 设备。2020 年 10 月，中一东北国际医院有限公司委托辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司完成了对 DSA 建设项目的辐射环境影响评价，并于 2020 年 11 月 9 日通过辽宁省环境保护厅环评审批（辽环审表[2020]70 号）。

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，受中一东北国际医院有限公司委托，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司于 2021 年 12 月 1 日对中一东北国际医院有限公司（皇姑院区）DSA 建设项目进行竣工环境保护验收现场监测。为配合本项目的竣工环境保护验收工作的进行，在验收监测单位的建议和意见下，本院相关部门组织了本项目的自查，发现了一些问题并进行了及时的调整。

2021 年 12 月 23 日，依据国家相关规定，中一东北国际医院有限公司组织开展了本项目验收会议。根据《建设项目竣工

环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，对中一东北国际医院有限公司（皇姑院区）DSA 建设项目进行环境保护验收，经现场核查，对《中一东北国际医院有限公司（皇姑院区）DSA 建设项目竣工环境保护验收监测报告表》审核。

验收组包括本公司领导及相关部门人员及验收监测单位代表等共计 8 人。验收组核查，听取了企业方自查报告及验收监测方的监测情况汇报，对《中一东北国际医院有限公司（皇姑院区）DSA 建设项目竣工环境保护验收监测报告表》进行了审核，充分讨论提出验收意见如下：

1. 《验收监测报告》补充说明监测仪器的最低检测限，并说明验收监测的出束方式等；
2. 核准 DSA 排风设施的配备情况；
3. 修改完善相关操作规程及规章制度。

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定之要求，本项目均满足验收要求，同意项目验收，并提出了后续要求，我院已进行了整改，具体如下：

1. 已与报告编制单位人员共同核实完善《验收监测报告》，补充了相关内容。
2. 机房已安装空调机组进行排风，满足排风要求。
3. 已在报告完善相关操作规程及规章制度。

本院将按相关规定，在本院官网上公示本次自主验收情况

20 个工作日，无反馈后，再按相关规定在国家自主验收网站备案。

中一东北国际医院有限公司

2022 年 1 月 26 日